

Leistungsumfang



Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025:2018

Akkreditierungs-Nr.: D-K-22412-01-00

Tel. +49 (0) 7031 414644-0

info@novus-messtechnik.de

<https://www.novus-messtechnik.d>

Profilprojektor / Messprojektor / Messmikroskop

Vor der DAkkS - Kalibrierung:
Wartung / Reinigung / Einstellungen / Justage

- Reinigung folgender Bauteile
 - Glasmaßstäbe
 - Messtisch
 - Spindeln
 - Führungen
 - Mattscheibe (Projektor)
 - Projektionsspiegel
 - Okulare (Messmikroskop)
 - Kondensor Linsen
 - Objektiv

- Schmieren / Fetten
 - Spindeln
 - Z-Achse
 - Bewegliche Teile

- Einstellungen / Justage
 - Winkelanzeige (Digital)
 - Parallelität Messtisch
 - Exzentrizität Mattscheibe
 - Verzeichnisprüfung
 - Signale mit dem Oszilloskop überprüfen (Je nach Bauart)